ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 7000
от 30.12.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1871

1. **Наименование продукции**: Комплекс диагностический универсальный УПДК-МК.

2. **Организация-изготовитель:** ЗАО «НЕЙРОКОМ», 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 стр. 16 (Российская Федерация).

3. **Получатель заключения**: ЗАО «НЕЙРОКОМ», 119313, г. Москва, Ленинский просп., д. 95 (Российская Федерация).

4. **Представленные материалы:**

   - ТУ 4012-003-26457636-2014;
   - Протокол лабораторных исследований № 11А-0410 от 6 декабря 2014 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).

5. **Область применения продукции:** при профессиональном отборе и предрейсовом контроле работников транспорта.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации на продукцию проведена на их соответствие положениям Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Результаты исследований продукции соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям:

- запах, балл – не более 2;
- миграция химических веществ в воздушную среду при эксплуатации, мг/м³, не более: формальдегид – 003; стирол - 0,002; - метиловый спирт - 0,5; бутиловый спирт - 0,1; толуол - 0,6; бензол - 0,1; -этилбензол - 0,02;
- напряженность электростатического поля, кВ/м, не более – 15,0;
- напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более - 0,5;
- уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, не более – 50;
- напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл) - 8/10;

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, комплекс диагностический универсальный УПДК-МК, может использоваться при профессиональном отборе и предрейсовом контроле работников транспорта.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодичности и объёма лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями технологической и нормативно-технической документации изготовителя (ТУ 4012-003-26457636-2014).

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» Д.Д. Омельченко